

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

- a. Rata-rata hasil pemeriksaan kadar kreatinin darah metode *one point* adalah 0,9 mg/ dL, SD $\pm$ 0,1928, minimum 0,4 mg/dL dan maksimum 1,3 mg/dL.
- b. Rata-rata hasil pemeriksaan kadar kreatinin darah metode *two point* adalah 0,8 mg/ dL, SD $\pm$ 0,821, minimum 0,3 mg/ dL dan maksimum 1,4 mg/ dL.
- c. Terdapat perbedaan yang bermakna antara kadar kreatinin darah metode *one point* dan *two point*.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian kadar kreatinin darah dengan metode *one point* dan *two point* tetap bisa digunakan sebagai metode pemeriksaan kadar kreatinin darah, akan tetapi kesalahan sekecil apapun maupun pra-analitik analitik dan pasca-analitik sangat berpengaruh pada hasil pemeriksaan, untuk itu tetap disarankan berpedoman pada SOP ketika melakukan pemeriksaan.