# BAB V

# SIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Simpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini yaitu

1. Terdapat perbedaan signifikan menurun titer HBsAg berdasarkan waktu pembacaan absorbansi 20 menit dan 30 menit.
2. Terdapat perbedaan signifikan menurun titer HBsAg berdasarkan waktu pembacaan absorbansi 20 menit dan 40 menit.
3. Terdapat perbedaan signifikan menurun titer HBsAg berdasarkan waktu pembacaan absorbansi 30 menit dan 40 menit.
4. Terdapat perbedaan signifikan menurun titer HBsAg berdasarkan waktu pembacaan absorbansi 20 menit, 30 menit dan 40 menit.

## 5.2 Saran

Adanya perubahan hasil pada variasi waktu baca absorbansi, pemeriksaan HBsAg metode ELISA membutuhkan pembacaan absorbansi segera sesuai waktu yang telah ditentukan pada kit insert HBsAg.

repository.unimus.ac.id