

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Lama Pemakaian Torniket Pada Pengambilan Darah Vena Terhadap Pemeriksaan Masa Protrombin PT” dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Rata – rata hasil pemeriksaan masa protrombin (PT) dengan lama pemasangan torniket 60 detik yaitu 11.5 dengan nilai standar deviasi 0.48986
2. Rata – rata hasil pemeriksaan masa protrombin (PT) dengan lama pemasangan torniket 90 detik yaitu 10.9 dengan nilai standar deviasi 0.83843
3. Berdasarkan uji *Paired t-test*, hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh pada lama pemasangan torniket terhadap hasil pemeriksaan masa protrombin (PT).

5.2 Saran

Pemeriksaan masa protrombin sebaiknya tidak dilakukan pengambilan darah lebih dari 60 detik karena dapat berpengaruh pada hasil pemeriksaan. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperhatikan aspek lamanya penanganan sampel sampai hasil dikeluarkan.