

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

1. Kadar bilirubin total dengan menggunakan sampel serum memiliki rata-rata sebesar 9,531 mg/dl.
2. Kadar bilirubin total dengan menggunakan sampel plasma EDTA memiliki rata-rata sebesar 8,718 mg/dl.
3. Kadar bilirubin total dengan menggunakan sampel plasma heparin rata-rata sebesar 9,462 mg/dl.
4. Tidak terdapat perbedaan bermakna pengukuran kadar bilirubin total menggunakan sampel serum, plasma EDTA dan plasma heparin.

5.2. Saran

1. Melakukan pemeriksaan kadar bilirubin total dengan segera.
2. Melakukan pemeriksaan kadar bilirubin total dengan sampel serum, plasma EDTA maupun plasma heparin, dengan tetap memperhatikan prosedur pra analitik yaitu menghindari tabung dari paparan cahaya.
3. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya melakukan penelitian lanjutan dengan jumlah sampel yang lebih banyak.