

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada perbedaan hitung jumlah trombosit metode Impedansi, Langsung dan Barbara Brown yang telah dilakukan di Laboratorium Puskesmas Genuk pada tanggal 7-21 Juli 2017 dapat disimpulkan bahwa:

1. Hitung jumlah trombosit metode Impedansi didapatkan nilai mean 241.375.
2. Hitung jumlah trombosit metode Langsung didapatkan nilai mean 240.375.
3. Hitung jumlah trombosit metode Barbara Brown didapatkan nilai mean 241.250.
4. Tidak ada perbedaan antara hitung jumlah trombosit metode Impedansi, Langsung dan Barbara Brown.

5.2 Saran

1. Penelitian Selanjutnya

Melakukan penelitian dengan sampel yang berbeda seperti pada kasus DBD atau *typhus*.

2. Instansi Laboratorium

Bisa digunakan untuk menguji jumlah trombosit pada kondisi normal.