

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian jumlah retikulosit terhadap 16 sampel penelitian diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Jumlah retikulosit 1 jam setelah pengambilan rerata 2,51%, dan simpang baku 2,25.
2. Jumlah retikulosit setelah 12 jam penyimpanan suhu 4°C rerata 2,70%, dan simpang baku 2,44
3. Tidak terdapat perbedaan yang bermakna pada jumlah retikulosit 1 jam setelah pengambilan dengan 12 jam penyimpanan suhu 4°C ($p > 0,05$).

5.2 Saran

1. ATLM sebaiknya meningkatkan ketrampilan melakukan penanganan sampel untuk pemeriksaan retikulosit terutama dalam hal penyimpanan.
2. Penelitian dapat dilanjutkan dengan menambah jumlah sampel penelitian dan pemeriksaan mikroskopis dilakukan oleh dua orang pemeriksa.
3. Penelitian lebih lanjut membandingkan jumlah retikulosit dengan darah EDTA lebih dari 1 jam suhu kamar dengan 12 jam suhu 4°C.