

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Sampel serum rerata kadar natrium sebesar 140,37 mmol/L, kalium sebesar 4,1 mmol/L dan klorida sebesar 103,9 mmol/L.
2. Sampel plasma heparin rerata kadar natrium sebesar 139,9 mmol/L kalium sebesar 3,8 mmol/L dan klorida sebesar 103,9 mmol/L.
3. Kadar natrium dan kalium dalam serum berbeda secara signifikan dengan kadar natrium dan kalium pada plasma heparin sedangkan kadar klorida pada serum tidak berbeda secara signifikan dengan kadar klorida dalam plasma heparin.

5.2 Saran

1. Pemeriksaan Na^+ , K^+ dan Cl^- sebaiknya menggunakan serum.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk membedakan pemeriksaan Na^+ , K^+ dan Cl^- menggunakan natrium heparin dan lithium heparin.