

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Kadar elektrolit (Na^+ , K^+ , Cl^-) dengan menggenggam tangan diperoleh hasil nilai rata rata berturut-turut 144,94 mmol/L ; 4,412 mmol/L ; 101,12 mmol/L
1. Kadar elektrolit (Na^+ , K^+ , Cl^-) dengan tidak menggenggam tangan diperoleh hasil nilai rata rata berturut-turut 141,94 mmol/L ; 4,162 mmol/L ; 98,00 mmol/L.
2. Terdapat perbedaan yang signifikan hasil elektrolit (Na^+ , K^+ , Cl^-) pada sampling darah vena dengan menggenggam dan tidak menggenggam tangan.

5.2 Saran

1. Pada saat melakukan pengambilan sampel untuk pemeriksaan elektrolit (Na^+ , K^+ , Cl^-) disarankan agar pasien tidak berulang kali membuka dan menutup genggaman tangan karna dapat mempengaruhi hasil elektrolit (Na^+ , K^+ , Cl^-) menjadi tidak akurat.
2. Untuk penelitian selanjutnya disarankan melakukan penelitian kadar elektrolit (Na^+ , K^+ , Cl^-) dengan aktivitas fisik ringan.