

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Kadar SGPT pada sampel darah menggunakan plasma EDTA rata-rata 28,75 U/L, terendah 21 U/L dan tertinggi 37 U/L.

5.1.2 Kadar SGPT pada sampel darah menggunakan serum rata-rata 24,19 U/L, terendah 15 U/L dan tertinggi 35 U/L.

5.1.3 Terdapat perbedaan yang bermakna kadar SGPT pada sampel plasma EDTA dan serum ($p\text{-value} = 0.05$)

5.2 Saran

5.2.1 Bagi tenaga analis kesehatan, pemeriksaan kadar SGPT dapat menggunakan sampel serum

5.2.2 Penelitian lanjutan tentang perbedaan kadar SGPT terhadap sampel plasma EDTA dan serum dengan membandingkan suhu dan lama penyimpanan yang mempengaruhi kadar SGPT.