

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Hasil dari uji sensitivitas VDRL terhadap TPHA adalah 83%, artinya kesensitivitasan VDRL dengan TPHA sebagai gold standar antigen tergolong tinggi.
2. Nilai prediksi positif (NPP) sebesar 83 %, kemungkinan seseorang tersebut terkena penyakit sifilis, dan bila diperiksa dengan uji VDRL terhadap TPHA dalam diagnosis cukup baik, sedangkan nilai prediksi negatif (NPN) sebesar 87,5 % yang kemungkinan seseorang tersebut tidak terjangkit penyakit sifilis.
3. Hasil dari positif palsu uji sensitivitas VDRL terhadap TPHA bisa dipengaruhi oleh stadium penyakit atau dipengaruhi oleh spesifisitas pemeriksaan VDRL yang tergolong rendah

5.2 Saran

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai sejauh mana uji spesifisitas VDRL terhadap TPHA diikuti dengan pengeceran (titer)
2. Diharapkan untuk memperhatikan sampel yang digunakan pada pemeriksaan VDRL dan TPHA terhadap riwayat penyakit sifilis.