

BAB V

SIMPULAN

5.1. Simpulan

1. Hasil pengukuran kadar glukosa darah metode Heksokinase Biolis 24i diperoleh rerata 178,95.
2. Hasil pengukuran kadar glukosa darah metode POCT Optium diperoleh rerata 178,70.
3. Tidak ada perbedaan kadar glukosa darah metode Heksokinase Biolis 24i dan POCT Optium.

5.2. Saran

1. Pemeriksaan glukosa darah di Laboratorium RS.Panti Wilasa “Dr.Cipto” Semarang dapat menggunakan metode POCT Optium.
2. Diperlukan kompetensi dalam melakukan pemeriksaan glukosa darah metode POCT Optium.
3. Pemeriksaan glukosa darah dengan metode POCT sebaiknya menggunakan darah vena.