

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan diperoleh simpulan sebagai berikut :

- a. Rerata hasil pemeriksaan kadar hematokrit pada darah heparin segera adalah 39,44 %.
- b. Rerata hasil pemeriksaan kadar hematokrit pada darah heparin dengan penundaan 1 jam adalah 38,67 %.
- c. Rerata hasil pemeriksaan kadar hematokrit pada darah heparin dengan penundaan 2 jam adalah 37,56 %.
- d. Tidak terdapat perbedaan kadar hematokrit pada darah heparin segera dengan penundaan 1 jam dan 2 jam.

5.2 Saran

- a. ATLM sebaiknya dalam melakukan pemeriksaan kadar hematokrit dilakukan dengan segera. Apabila terpaksa ditunda maka harus diperhatikan waktu dan suhu penyimpanan yang tepat.
- b. Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai kadar hematokrit pada darah heparin dengan variasi waktu dan suhu penyimpanan.
- c. Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai preparat darah apus menggunakan sampel darah heparin