

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian nilai hematokrit yang diperiksa menggunakan antikoagulan EDTA dan heparin dapat di simpulkan sebagai berikut:

- a. Rata-rata nilai hematokrit yang diperiksa menggunakan antikoagulan EDTA adalah 40.13 %.
- b. Rata-rata nilai hematokrit yang diperiksa menggunakan antikoagulan heparin adalah 40.50 %.
- c. Tidak ada perbedaan hasil nilai hematokrit yang diperiksa menggunakan antikoagulan EDTA dan heparin.

#### 5.2. Saran

- a. Sebaiknya pemeriksaan hematokrit bisa menggunakan kedua antikoagulan tersebut karena kedua antikoagulan tersebut berdasarkan hasil tidak ada perbedaan.
- b. Bagi tenaga analis adanya penelitian lebih lanjut tentang gambaran eritrosit untuk mengetahui apakah penurunan nilai hematokrit ini dikarenakan oleh kelebihan antikoagulan atau karena morfologi eritrosit yang mengkerut dengan pemeriksaan morfologi eritrosit menggunakan SADT.