

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan variasi suhu proses deparafinisasi menggunakan akuabides pada pengecatan imunohistokimia *Esterogen Reseptor*.

5.2 Saran

1. Deparafinisasi pada pengecatan imunohistokimia ER dapat menggunakan *deparaffinization agent* berupa akubides menggunakan suhu 60°C.
2. Penelitian selanjutnya, diharapkan dapat dilakukan pengecatan imunohistokimia dengan metode lain seperti HER2 dan PR maupun selain pengecatan imunohistokimia.

