

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

1. Hasil pemeriksaan kadar bilirubin total menggunakan plasma EDTA terpapar cahaya memiliki nilai rata – rata 0,54 mg/dL.
2. Hasil pemeriksaan kadar bilirubin total menggunakan plasma EDTA tanpa cahaya memiliki nilai rata – rata 0,48 mg/dL.
3. Kadar bilirubin total plasma EDTA terpapar dan tanpa cahaya yang diuji dengan uji Mann-Withney tidak terdapat perbedaan.

5.2. Saran

1. Dilakukan penelitian tentang pemeriksaan bilirubin total di bawah cahaya lampu menggunakan tabung terbungkus aluminium foil.
2. Dilakukan penelitian tentang pemeriksaan bilirubin total menggunakan spesimen serum dan plasma EDTA.
3. Dilakukan penelitian tentang perbedaan kadar bilirubin total plasma EDTA dengan tabung terpapar cahaya lampu dan disertai penundaan.