

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian adalah:

1. Rerata nilai Laju endap darah pada pemasangan sfigmomanometer 1 menit adalah 16.94 mm/jam.
2. Rerata nilai Laju endap darah pada pemasangan sfigmomanometer 2 menit adalah 13.88 mm/jam.
3. Nilai p value pada uji *paired T-Test* adalah $p=0,000$ ($<0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh lama pemasangan sfigmomanometer pada pengambilan darah vena terhadap hasil pemeriksaan Laju endap darah.

5.2 Saran

1. Peneliti menyarankan agar lama penggunaan pembendung vena pada saat flebotomi harus sesuai dengan ketentuan, yaitu kurang dari 1 menit.
2. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian mengenai pengaruh hemokonsetrasi akibat pemasangan pembendung yang lama pada pengambilan darah vena terhadap parameter pemeriksaan laboratorium yang berbeda.