

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang perbedaan kadar total protein berdasarkan penggunaan kuvet dan tabung reaksi baru dapat disimpulkan :

- 5.1.1 Didapatkan nilai total protein yang diperiksa menggunakan kuvet baru sebagai berikut: nilai rerata hasil 6.7 gr/dl dengan nilai terendah 6,1 gr/dl dan nilai tertinggi 7,7 gr/dl
- 5.1.2 Didapatkan nilai total protein sebagai berikut: nilai rerata hasil 6.5 gr/dl dengan nilai terendah 5.1 gr/dl dan nilai tertinggi 7,2 gr/dl.
- 5.1.3 Ada perbedaan signifikan nilai total protein yang diperiksa menggunakan kuvet dan tabung reaksi baru.

5.2 Saran

- 5.2.1 Bagi instansi terkait agar selalu memperhatikan kegiatan pra analitik, analitik dan pasca analitik agar didapatkan hasil yang akurat untuk menjamin mutu pelayanan
- 5.2.2 Bagi peneliti lain yang berminat melanjutkan penelitian ini diharapkan bisa mencoba pemeriksaan dengan metode kinetik lainnya.
- 5.2.3 Peneliti selanjutnya dapat meneliti alat laboratorium dengan menggunakan fotometer.