

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang perbedaan kadar albumin serum berdasarkan frekuensi penggunaan kuvet maka dapat disimpulkan :

1. Rata-rata hasil pemeriksaan kadar albumin serum dengan kuvet 1 kali pemakaian adalah 3,7 g/dl.
2. Rata-rata hasil pemeriksaan kadar albumin serum dengan kuvet 3 kali pemakaian adalah 4,6 g/dl.
3. Rata-rata hasil pemeriksaan kadar albumin serum dengan kuvet 5 kali pemakaian adalah 5,6 g/dl.
4. Kadar albumin serum yang diperiksa berdasarkan frekuensi penggunaan kuvet terdapat perbedaan yang bermakna dengan nilai signifikan *P-value* 0,000 (*P-value* < 0,05).

5.2 Saran

1. Bagi institusi pendidikan agar penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk perbaikan managemen dalam penggunaan peralatan di laboratorium tentang penggunaan kuvet yang tidak boleh dipakai secara berulangkali..