

BAB V

SIMPULAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang perbedaan kadar total protei berdasarkan frekuensi penggunaan kuvet dapat disimpulkan :

1. Rata- rata hasil pemeriksaan kadar total protein dengan kuvet baru adalah sebesar 6.9 g/dL.
2. Rata- rata hasil pemeriksaan kadar total protein dengan kuvet 5 kali penggunaan adalah sebesar 5.9 g/dL.
3. Rata- rata hasil pemeriksaan kadar total protein dengan kuvet 10 kali penggunaan adalah sebesar 5.1 g/dL.
4. Kadar total protein berdasarkan frekuensi penggunaan kuvet memiliki perbedaan yang bermakna dengan nilai signivikasi P- value 0,000 (P-value< 0,05)

5.2. Saran

1. Bagi instasi terkait agar selalu memperhatikan kegiatan pra analitik, analitik dan paska analitik agar didapatkan hasil yang akurat untuk menjamin mutu pelayanan.
2. Bagi peneliti lain yang berminat melanjutkan penelitian ini diharapkan bisa mencoba metode yang berbeda.
3. Peneliti selanjutnya dapat meneiliti alat laboratorium yang dapat dipakai secara berulang-ulang.