

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

- a. Nilai rata-rata jumlah trombosit yang dihitung menggunakan metode langsung yaitu 315.778 /mm³ dengan standar deviasi 71.613
- b. Nilai rata-rata jumlah trombosit yang dihitung menggunakan metode tidak langsung yaitu 338.667 /mm³ dengan standar deviasi 51.380
- c. Nilai rata-rata jumlah trombosit yang dihitung menggunakan metode otomatis yaitu 317.000 /mm³ dengan standar deviasi 63.063
- d. Tidak ada perbandingan hasil hitung jumlah trombosit menggunakan metode langsung metode langsung, metode tidak langsung dan metode otomatis.

5.2 Saran

- a. Untuk tenaga laboratorium medis disarankan menggunakan metode otomatis dikarenakan metode tersebut lebih tepat keakuratannya sehingga hasil yang dikeluarkan valid.
- b. Peneliti selanjutnya dapat dilakukan penelitian lanjutan dapat membandingkan hitung jumlah trombosit dengan metode manual menggunakan pengencer ammonium oksalat dan fonio.