

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Rerata kadar kreatinin dengan reagen yang disimpan pada suhu 4⁰C sebesar 0,61.
2. Rerata kadar kreatinin dengan reagen yang disimpan pada suhu kamar sebesar 0,76,
3. Terdapat perbedaan yang signifikan kadar kreatinin dengan reagen yang disimpan dalam suhu 4⁰C dan suhu kamar.

B. Saran

1. Sebaiknya reagen disimpan pada suhu 4⁰C atau dalam kulkas untuk mempertahankan kualitas reagen.
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang penyimpanan reagen berdasarkan lama/waktu penyimpanan reagen dengan parameter yang lain.
3. Rentang lama penyimpanan reagen pada suhu kamar sangat berpengaruh pada hasil pemeriksaan sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

