

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Hasil dari pemeriksaan asam urat menggunakan sampel serum dengan metode enzimatik kolorimetri, setelah dirata-rata 4,78 mg/dl.
2. Hasil dari pemeriksaan asam urat metode enzimatik kolorimetri menggunakan sampel plasma K₂EDTA, setelah dirata-rata 4,48 mg/dl.
3. Tidak ada perbedaan yang signifikan kadar asam urat yang diperiksa menggunakan sampel serum dan plasma K₂EDTA.

B. Saran

1. Sebaiknya penggunaan sampel untuk pemeriksaan kimia klinik khususnya asam urat sebaiknya menggunakan serum daripada plasma K₂EDTA.
2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang seberapa besar penurunan kadar asam urat menggunakan sampel plasma K₂EDTA