

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **V.1. Kesimpulan**

1. Kadar hematokrit metode mikrohematokrit rata-rata 43%
2. Kadar hematokrit metode analyzer rata-rata 44%
3. Tidak terdapat perbedaan yang bermakna pada metode mikrohematokrit atau analyzer.

#### **V.2. Saran**

Kepada petugas laboratorium penentuan nilai hematokrit dapat menggunakan metode mikrohematokrit dan metode analyzer