

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Rata-rata kadar asam urat pada serum langsung periksa adalah 5,20 mg/dL.
2. Rata-rata kadar asam urat pada serum tunda 48 jam pada suhu ruang adalah 4,82 mg/dL.
3. Rata-rata kadar asam urat pada serum tunda 72 jam pada suhu ruang adalah 4,24 mg/dL.
4. Secara statistik tidak ada perbedaan antara kadar asam urat pada serum yang diperiksa langsung dengan yang ditunda 48 jam dan 72 jam pada suhu ruang.

B. Saran

1. Tenaga analis kesehatan pemeriksaan kadar asam urat harus segera dilakukan, jika terpaksa ditunda perlu memperhatikan batas waktu penundaan yaitu kurang dari 48 jam pada suhu ruang. Sehingga didapat hasil akurat.
2. Peneliti selanjutnya dapat dilakukan penelitian mengenai penyimpanan suhu yang berbeda.