

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Rerata nilai *activated Partial Thromboplastin Time* dari perbandingan volume sampel dan natrium sitrat 3,2% 9:1 adalah 21,5 detik.
2. Rerata nilai *activated Partial Thromboplastin Time* dari perbandingan volume sampel dan natrium sitrat 3,2% 8:1 adalah 29 detik.
3. Terdapat perbedaan yang bermakna antara perbandingan volume sampel 9:1 dan perbandingan volume sampel 8:1 terhadap nilai *activated Partial Thromboplastin Time*.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan perbandingan 9:1 volume darah dan natrium sitrat 3,2% harus sesuai dengan prosedur begitu juga dengan perbandingan volume darah dan natrium sitrat 8:1, dimana jika darah atau antikoagulan kurang dari seharusnya maka akan mengakibatkan nilai *activated Partial Thromboplastin time* (aPTT) meningkat, sehingga volume darah dan natrium sitrat 3,2% yang paling baik dilakukan adalah minimal 9:1.