

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kadar kolesterol antara pembendungan langsung dengan pembendungan yang ditunda 3 menit dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Rerata kadar kolesterol dengan pembendungan langsung sebesar 164 mg/dl, hasil terendah 132 mg/dl, hasil tertinggi 214 mg/dl.
2. Rerata kadar kolesterol dengan pembendungan yang ditunda 3 menit sebesar 178 mg/dl, hasil terendah 144 mg/dl, hasil tertinggi 222 mg/dl.
3. Terdapat perbedaan signifikan antara kadar kolesterol dengan pembendungan langsung dan pembendungan yang ditunda 3 menit pada saat pengambilan darah.

B. Saran

Bagi tenaga laboratorium dalam melakukan pemeriksaan kadar kolesterol hendaknya menggunakan pembendungan langsung dalam proses pengambilan sampel darah agar memperoleh hasil yang tepat.