

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Rata – rata pemeriksaan uji stabilitas monoreagen asam urat segera adalah 5,2 mg/dL
2. Rata – rata pemeriksaan uji stabilitas monoreagen asam urat ditunda 2 minggu tanpa cahaya adalah 4,5 mg/dL
3. Secara statistik hasil pemeriksaan uji stabilitas monoreagen asam urat yang diperiksa segera mengalami perbedaan dengan uji stabilitas monoreagen asam urat yang ditunda selama 2 minggu tanpa cahaya pada suhu 25°C

B. Saran

1. Tenaga analis kesehatan sebaiknya melakukan pemeriksaan segera dan apabila terpaksa melakukan penundaan pemeriksaan perlu di perhatikan batas yang telah ditentukan agar hasil akurat.
2. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan perlakuan waktu penundaan yang berbeda