

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penghitungan terhadap 46 sampel penelitian disimpulkan :

1. Hasil *crossmatch* mayor metode semi otomatis 46 sampel (100%) semuanya negatif. Metode semi otomatis *crossmatch* minor hasil negatif 40 sampel (87,0%), hasil positif 6 sampel (13%).
2. Hasil *crossmatch* mayor metode otomatis semuanya (100%) negatif, Metode otomatis *crossmatch* minor hasil negatif 33 sampel (71,70%), dan positif 13 sampel (28,3%).
3. Tidak terdapat perbedaan bermakna pada hasil *crossmatch* mayor, dan terdapat perbedaan bermakna pada hasil *crossmatch* minor metode semi otomatis dengan otomatis.

B. Saran

Bagi instansi memberi masukan bahwa alat otomatis Ortho AutoVue Innova dapat digunakan dalam pelayanan di Bank Darah Rumah Sakit Umum Dr. Kariadi Semarang disamping tetap menggunakan metode semi otomatis.