

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Hasil pemeriksaan kadar asam urat yang diperiksa segera memiliki nilai rata-rata yaitu 5,4 mg/dl.
2. Hasil pemeriksaan kadar asam urat yang ditunda selama 2 minggu terpajan cahaya memiliki nilai rata-rata yaitu 2,2 mg/dl.
3. Ada perbedaan kadar asam urat yang menggunakan monoreagen segera dan ditunda selama 2 minggu terpajan cahaya pada suhu 25°C. Hal ini sesuai dengan panduan pada kit reagen bahwa penggunaan monoreagen asam urat tidak boleh terpajan cahaya.

B. Saran

Untuk tenaga analis kesehatan maupun mahasiswa analis kesehatan apabila melakukan pemeriksaan kadar asam urat menggunakan monoreagen sebaiknya menggunakan monoreagen tanpa ditunda supaya memperoleh hasil yang tepat dan meminimalkan kesalahan.